ФСВОК-2016

Раздел «АНАЛИЗ БЕЛКА И ГЛЮКОЗЫ МОЧИ»

Цикл 1-16

Номер лаборатории: 07812 Дата поступления результатов: 07.11.16 Назначенная дата: 08.11.16

Определяемый показатель: **БЕЛОК (количественный анализ)**

ОЦЕНКА ПРАВИЛЬНОСТИ
Распределение средних значений



ОЦЕНКА ВОСПРОИЗВОДИМОСТИ
Распределение междневных размахов



ОЦЕНКА ПОВТОРЯЕМОСТИ
Распределение внутридневных размахов



Ваше среднее значение, г/л	0.440	Ваш междневной размах, %	4.55
Целевое значение (ЦЗ), г/л	0.921	Допустимый междневной размах, %	12.35
Ваше смещение, %	-52.2	Средний междневной размах в Вашей группе, %	5.02
Диапазон допустимых значений	0.348-2.439	Средний междневной размах всех лабораторий, %	6.04
		Число лабораторий при оценке воспроизводимости	58
Число лабораторий в Вашей группе	58		
Коэффициент межлабораторной вариации, %	59.38	Ваш средний внутридневной размах, %	0.00
		Допустимый средний внутридневной размах, %	6.70
Среднее всех лабораторий, г/л	0.576	Средний внутридневной размах в Вашей группе, %	2.72
Число всех лабораторий	287	Средний внутридневной размах всех лабораторий, %	3.57
Коэффициент межлабораторной вариации, %	72.01	Число лабораторий при оценке повторяемости	58

Примечание. Диапазон допустимых значений Вашего среднего значения рассчитывался в логарифмической шкале как exp(ln(ЦЗ)±1,64s), где s – межлабораторное стандартное отклонение логарифмов средних значений.

ФСВОК-2016

Раздел «АНАЛИЗ БЕЛКА И ГЛЮКОЗЫ МОЧИ»

Цикл 1-16

Номер лаборатории: 07812 Дата поступления результатов: 07.11.16 Назначенная дата: 08.11.16

Определяемый показатель: **ГЛЮКОЗА (полуколичественный анализ)**

ОЦЕНКА ПРАВИЛЬНОСТИ
Распределение средних значений



ОЦЕНКА ВОСПРОИЗВОДИМОСТИ
Распределение междневных размахов



ОЦЕНКА ПОВТОРЯЕМОСТИ
Распределение внутридневных размахов



Ваше среднее значение, ммоль/л	5.50	Ваш междневной размах, %	0.00
Целевое значение (ЦЗ), ммоль/л	11.25	Допустимый междневной размах, %	40.49
Диапазон допустимых значений (10–90%)	4.15-17.00	Средний междневной размах в Вашей группе, %	16.46
Число лабораторий в Вашей группе	43	Средний междневной размах всех лабораторий, %	12.10
Медиана всех лабораторий, ммоль/л	12.50	Ваш средний внутридневной размах, %	0.00
Число всех лабораторий	271	Допустимый средний внутридневной размах, %	7.66
		Средний внутридневной размах в Вашей группе, %	3.11
		Средний внутридневной размах всех лабораторий, %	3.19

ФСВОК-2016

Раздел «АНАЛИЗ БЕЛКА И ГЛЮКОЗЫ МОЧИ»

Цикл 2-16

Номер лаборатории: 07812 Дата поступления результатов: 28.11.16 Назначенная дата: 06.12.16

Определяемый показатель: **БЕЛОК (количественный анализ)**

ОЦЕНКА ПРАВИЛЬНОСТИ
Распределение средних значений



ОЦЕНКА ВОСПРОИЗВОДИМОСТИ
Распределение междневных размахов



ОЦЕНКА ПОВТОРЯЕМОСТИ
Распределение внутридневных размахов



Ваше среднее значение, г/л	0.205	Ваш междневной размах, %	4.88
Целевое значение (ЦЗ), г/л	0.195	Допустимый междневной размах, %	22.71
Ваше смещение, %	+5.3	Средний междневной размах в Вашей группе, %	9.23
Диапазон допустимых значений	0.082-0.461	Средний междневной размах всех лабораторий, %	10.65
		Число лабораторий при оценке воспроизводимости	42
Число лабораторий в Вашей группе	41	Ваш средний внутридневной размах, %	0.00
Коэффициент межлабораторной вариации, %	52.51	Допустимый средний внутридневной размах, %	14.56
		Средний внутридневной размах в Вашей группе, %	5.92
Среднее всех лабораторий, г/л	0.174	Средний внутридневной размах всех лабораторий, %	5.84
Число всех лабораторий	184	Число лабораторий при оценке повторяемости	42
Коэффициент межлабораторной вариации, %	40.69		

Примечание. Диапазон допустимых значений Вашего среднего значения рассчитывался в логарифмической шкале как $\exp(\ln(ЦЗ) \pm 1{,}64s)$, где s – межлабораторное стандартное отклонение логарифмов средних значений.