ФСВОК-2016

Раздел «ГЕМОГЛОБИН»

Цикл 1-16

Номер лаборатории: 07812 Дата поступления результатов: 02.11.16 Назначенная дата: 15.11.16

ОЦЕНКА ПРАВИЛЬНОСТИ
Распределение средних значений



ОЦЕНКА ВОСПРОИЗВОДИМОСТИ
Распределение междневных размахов



ОЦЕНКА ПОВТОРЯЕМОСТИ
Распределение внутридневных размахов



Ваше среднее значение, г/л	60
Целевое значение (ЦЗ), г/л	62
Ваше смещение, %	-2.3
Диапазон допустимых значений (ЦЗ±1.64s)	56-67
Число лабораторий в Вашей группе	647
Коэффициент межлабораторной вариации, %	5.31
Среднее всех лабораторий, г/л	62
Число всех лабораторий	855
Коэффициент межлабораторной вариации, %	5.22

Ваш междневной размах, %	0.83
Допустимый междневной размах, %	6.29
Средний междневной размах в Вашей группе, %	2.56
Средний междневной размах всех лабораторий, %	2.40
Число лабораторий при оценке воспроизводимости	685
Ваш средний внутридневной размах, %	7.48*
Допустимый средний внутридневной размах, %	5.88
Средний внутридневной размах в Вашей группе, %	2.39
Средний внутридневной размах всех лабораторий, %	2.27
Число лабораторий при оценке повторяемости	684

(конец отчета)